



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区岡大寺第3170番6

TEL086-944-8528

FAX086-942-9030

IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称	くまの歯科医院 様	製造番号	100007	ご確認	
	住所	大阪府堺市中区深井清水町3390	納入検査実施日	2015年10月21日		
	納入場所		納入検査実施者	エムシーサービス(株)西村・中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
BMS-Test STEAM 異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
					運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考			
200.8V			