

修理報告書(お客様用)

管理 No.

発行日: 平成 28年 11月 2日

顧客名 まとば歯科 (部署) 様		製品名 卓上高圧蒸気滅菌器 型式名 BC-17 製造No.13100057		ユニット名 ユニット型 ユニットNo.	
所在地 〒 TEL		担当		納入 年 月 日	
販売店 様		完了 年 月 日		保証期間 内□ 外□	
障害状況(症状・条件等を記載)				発生頻度 常時□ 頻発□ 時々□ 一度□ 再現せず□	
・内容 エラー30:缶体真空圧異常 ・原因 10/19に連絡を受け、本日訪問、パッキンの汚れ・缶内フィルターの汚れも無く、バキュームテストも合格、滅菌物を入れ、2回デントルモード運転も正常終了する。 ただし、乾燥が不十分で滅菌物に水が残った状態。(缶体に残水はなし) 残水がある場合も、エラー30の原因となる事から、工場引き上げとした。 代替機を入れた。				付属品 有り□ () 無し□ 添付資料 有り□ () 無し□	
修理内容(障害箇所・処置内容を記載)				障害分類 処置分類 点数	
扉の再調整も行いました。 アシックススタートの修正。					
安全性試験結果: OK					
交換部品名称及び定格		数	単価	小計	点検技術料
作業費 4115-26109-8		1			施術料 点/H
7110-1772029					出張料 点
KC-285-5		1			部品費 計
6-93168-25910		1			梱包運送費 片道□ 往復□
					宿泊費
					諸経費
					合計金額 ¥
					有償□ 無償□ 売上¥
					売上票No.
記事 上記金額には消費税が含まれていません。					
品質管理欄		発行元 田中		修理時間 H	
		保守区分 保守点検		責任技術者 検査者 修理者	
		出張保守 □		16.11.22 16.11.16	
		引取拠点 □			
		引取工場 □			

チヨダエレクトリック株式会社

・長野県千曲市八幡4601-3
TEL: 026-273-1818

・長野県千曲市新田 124
TEL: 026-273-1800

(帳票75B-4 1/2)