

点検・修理報告書

管理 No. 20171212

発行日: 2017 年 12 月 12 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2017 年 12 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	ハピネス歯科石橋駅前クリニック 様		TEL:
所在地	大阪府池田市石橋1-13-1 2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060075	運転回数: 1687 回	納入年月日: 2014-8-6
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー3 漏水検出 排水ホース7° 作動しない			
原因 ・循環ホース7° 出口から水漏れ ・排水ホース7° に「バー」が噛み込んでいた。			
処置、作業内容 ・循環ホース7° の増し締め ・排水ホース7° の交換			
特記事項 保守点検の時期が近づいています。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29 年 12 月 12 日

ご署名 前川 理恵 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	山