

点検・修理報告書

管理 No. 20180558
発行日: 2018 年 5 月 31 日

機種/型式	クラス B オートクレーブ IC clave		
作業年月日	2018 年 5 月 31 日		作業時間: Hr
顧客名	おおはし 歯科医院 様		TEL:
所在地	大阪府中央区大生通 1丁目1番13号		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 4 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100240	運転回数: 465 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エー-18 滅菌異常

原因

・シャトルバルブからのリーク

処置、作業内容

・シャトルバルブ交換 (日本製)
・運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	シャトルバルブ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
	技術料	
	出張料	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒54001021 大阪府中央区大生通1-1-1361パールビル
おおはし 歯科医院
 院長 大橋 保彦
 TEL 06-4256-6480 FAX 06-4256-6000

修理業者 株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	山