


作業報告書

お得意様	ゆめえん科		様
住所	石川県		
TEL	室名	ご依頼	様
機種型式	BC-17	モデル	号機
完TV	継続	有料	無料
取扱業者名	14090179		
ご担当者	様		

作業日 20 16 年 02 月 08 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(必要)
サービス形態	1 保守期間	2 ストップ	3 CM	医療機器	3	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター



特記事項

①管理No. 769642

②作業E 20 160208

③Uコード 0762691180

④⑤機種コード 11 - 05

⑥製造No. 14090179

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32 - 977 - 2

⑨実施SC 61

⑩技術者 20

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

ご依頼内容・現象

エラー NO.88
作動中におう

原因

排水タンク汚水

処置

動作チェック
排水タンク清掃、説明
試運転、止合

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)	
2	技術料	/ H× / 名× 円	7500
3	派遣料	20K 1名× 100 円	2000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・エラー ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

サービスセンター

金沢SC

実 施 者 木下

TEL - -

部署長	入力	検印	納品書
	小林	佐藤	久保

料 金 内 訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 9,500

⑮

⑯

税別合計金額 9,500

消費税 760

ご請求金額 ¥ 10,260

納 品 書 No. 9007