

D) 作業報告書

指導員	とみやま 貴科		様	ご承認印	蓋印
住所	石川県				
TEL		署名		ご依頼	様
機種型式	BC-17 オートクルー		号機	返却	回
完了	継続	有料	無料	製番	14070126
取扱業者名	IHJ ISM (3ヶ)様		ご担当者		様

ご依頼内容・現象
エラ - NO30発生

原因
真空ポンプ不良

処置
真空ポンプドアパッキン交換
試運転、B&Dテスト異常無し

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 二相線 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	露の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・E ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 納品書付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 02 月 28 日

保形	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 入替	3 CM	医療機器	3	区分
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調査	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 点検	77 FC
						80 コール
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
001-0142-0	真空ポンプ	1		62000
T000100960	ドアパッキン	1		9600

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料 4 H× 名× 円		30000
3	派遣料 20km X 1.6 X 2 名× 100 円		6400
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3000
6			

サービスセンター	金沢SC	実施者	木下 川村	部署長	検印	入力	納品書
TEL	-				30.3.12		

メモ

特記事項

①管理 No. 796880

②作業日 20 18 年 02 月 28 日

③Uコード 0762805550

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14070126

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 201 - 1

⑨実施SC 61

⑩技術者 20

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 66600
⑭B	技術料等 39400
⑮	
⑯	長期合計金額 106000
	消費税 8480
ご請求金額 114480	
納品書 No. 10387	