

D 作業報告書

持機様	はたけやすき 様		ご承認印
住所	池田市 駅前通り		
TEL	02-762-4610	室名	
機種型式	WD-150	号機	
完了	継続	有料	無料
取扱業者名	エムシーサービス 様		ご担当者
	安田 様		

ご依頼内容・現象

電源を入れた後、ブレーカーが落ちる。(配電盤)

原因

乾燥回路ショートし、水漏れ。

処置

部品在庫無く、IHIシバウラ様から部品を調達して来たため、工事のため交換作業をお願い致した。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

購の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 3 月 18 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守期間	2 ネット	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	1.5 H × 1 名 × 7,500 円	11,250
3	派遣料	名 × 100 円 × 30 km	3000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6	高速代、駐車代		1920

サービスセンター

TEL - -

実施者

安田

メモ

特記事項

①管理 No. 782619

②作業日 20 16 05 18

③Uコード 0727624618

④⑤機種コード 11 - 02

⑥製造 No. 14060025

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 40-123-9

⑨実施SC 64

⑩技術者 47

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 19,170

⑮

⑯

税別合計金額 19,170

⑰

消費税 1,533

ご請求金額 ¥ 20,703

納品書 No. 1391