

D 作業報告書

依頼者様	ひぐち歯科クリニック様			ご承認印		
住所	茨城県					
TEL	072-646-8445	室名		依頼	様	
機種型式	WD-150	号機	1431	運転回数	2585回	
電池	継続	有料	無料	製番	14080147	
取扱業者名	株IHIAグリテック様			ご担当者	小山様	

ご依頼内容・現象
漏水エラー発生

原因
循環ポンプホース接続部より漏水。

処置
・各ホース接続部ホース部付
・洗剤・江上T剤707→本体ホース・配線接続部破損の為交換

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

購の機器のコンディション
メーカー
機種
☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 6 月 20 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守時間	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00203200	洗剤70-TASSY	1		28300
T00203210	洗剤70-TASSY	1		28300

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H × 1 名 × 8000 円	24000
3	派遣料	名 × 100 円 × 5 km	500
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6	駐在車代		700

サービスセンター

大阪

TEL - -

実施者

黒川 久保 小林

部署長	検印	入力	納品書

メモ

特記事項

①管理 No. 799854

②作業日 20 18 年 6 月 20 日

③Uコード 27216468445

④⑤機種コード 11 - 72

⑥製造 No. 14080147

⑦保守・サービス形態 9-2-30

⑧故障コード 92-720-4

⑨実施 SC 64

⑩技術者 47

⑪同行・応援

⑫原因・処理 2-9-7-2

料	金	内	訳
---	---	---	---

⑬A

部品代 56600

⑭B

技術料等 28200

⑮

⑯

税別合計金額 84800

⑰

消費税 6784

ご請求金額 ¥ 91584

納品書 No. 2374