

D 作業報告書

依頼者様	JCHO金沢病院			様	ご承認印	[印]
住所	石川県					
TEL	0962522200	室名	歯科	依頼	様	
機種型式	BC-17	号機	運転回数		回	
完了	継続	有料	無料	製番	13100063	
取扱業者名	(株)IHIアグリテック			様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象

電源を入れたでブレーカーがリセットされる

原因

ヒーター不良

処置

ヒーター、オリシク交換
各部点検、試運転
ホウキ、ティッシュラスト

最終確認チェック

☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作

☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	調の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 番報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 12 月 06 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 ストップ	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 モニター
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 点検	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00102140	ヒーター	1		60300
T00102150	オリシク	1		340

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)
2	技術料 4日× 名× 7500 円	30000
3	運送料 20km×1.6名× 100 円×2	6400
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6		

部署長	検印	入力	納品書
金沢SC	[印]	[印]	[印]
実施者 福田 川村			
TEL			

メモ

特記事項

①管理 No. 796798

②作業日 20 17 年 12 月 06 日

③Uコード 0962522200

④機種コード 11 - 71

⑤製造 No. 13100063

⑥保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑦故障コード 11 - 312 - 1

⑧実施SC 611

⑨技術者 11

⑩同行・応援 28

⑪原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料金内訳	
⑬A	部品代 60640
⑭B	技術料等 39400
⑮	
⑯	税別合計金額 100040
⑰	消費税 8003
ご請求金額 ¥ 108043	
納品書 No. 7695	