

点検・修理報告書

管理 No. 20181118

発行日: 2018 年 11 月 16 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 11 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	はつおか歯科 様	TEL:	
所在地	奈良県磯城郡田原本町秦庄 4 5 8 - 7		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 11 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100162	運転回数: 827 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
給湯流量計の交換作業			
原因			
処置、作業内容			
給湯流量計の交換			
特記事項			
缶体センサーを対策品に交換			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒636-0343 奈良県磯城郡田原本町秦庄458-7

はつおか歯科

ご署名 院長 初岡 和樹

TEL 0744-32-2405 FAX 0744-32-2472

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	小 山
-------	-----