

D 作業報告書

依頼者様	新富産科医院			様	ご承認印	
住所	徳島県板野郡藍井町東河津94-1					
TEL	088-62-2525	署名		ご依頼		様
機種型式	2002-11A/50	号機	3380	回		
電気	継続	有料	無料	製番	14080134	
取扱業者名	様			ご担当者	様	

ご依頼内容・現象	定期保守点検
原因	2
処置	・同上 ・点検内容に別紙点検報告書 を参照して下さい ・交換部品 ・ボアガスケット(大)1本 ・ボアガスケット(小)1本 ・次期用プロセッス2本

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 11 月 13 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 入替	3 CM	医療機器		時 非時
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00201100	ボアガスケット(大)	1本		1050
T00201120	ボアガスケット(小)	1本		790
T00203190	次期用プロセッス	2本	1400	2800
T00202300	フィルタ	1枚		520
T00202460	フィルタ	1枚		14700

1	基本・据付(点検・性能点検)	(見積書No.)	13140
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	220K× 1名× 100 円	22000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	高圧料金		12000

サインセンター	神戸SC	実施者	栗田
TEL	-	省	

メモ

(株)IHIAクリティカル
岡山事業所
小山 様 講求

特記事項

①管理No.	807364
②作業日	20 18/11/13
③Uコード	0886922525
④⑤機種コード	11 - 72
⑥製造No.	14080154
⑦保守・サービス形態	9-2-2c
⑧故障コード	010-999-A
⑨実施SC	69
⑩技術者	67
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

料 金 内 訳

⑬ A	部品代	19860
⑭ B	技術料等	47140
⑮		

⑯	税別合計金額	67000
	消費税	5360

ご請求金額 ¥	72360
---------	-------

納品書No.	6948
--------	------