

点検・修理報告書

管理 No. 20180998
発行日: 2018年 11 月 8 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2018 年 11 月 8 日		作業時間: Hr
顧客名	うねだ 歯科 クリニック	様	TEL:
所在地	大阪府箕面市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100052	運転回数: 1481 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
水漏れ			
原因			
パッキンの間にバーが噛み込んでいた。			
処置、作業内容			
装置洗浄槽の開口率を上げた。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒562-0023 箕面市東生田谷西1-1-6
医療法人 UDC うねだ 歯科 クリニック
TEL(072)734-7777 FAX(072)734-7778

代表取締役 小 山 大 郎 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	小 山

《不具合対応報告書》

担当者: _____

【発生日】 2018 年 11 月 8 日

【対応日】 年 月 日

【連絡元】 ☒モリタ(担当者: クワバウ)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名&県名】 うんだ 歯科クリニック

IC Washer【機番: 100052】

IC Clave【機番: 】

【症状】

水漏れ

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐水

☒水&お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

バキューム管にて
使用

【備考】

1481回

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】