

点検・修理報告書

管理 No. 20181208

発行日: 2018 年 12 月 17 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018 年 12 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	ひらの歯科 様	TEL:	
所在地	香川県高松市木太町2063-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 11 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100012	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー12 ドアセンサ異常			
エラー14 真空時間オーバー異常			
原因			
ドアロックピンの動作不良（摺動性が悪くなりました）			
真空ポンプの性能低下			
処置、作業内容			
ドアロックピンの研磨とシャトルバルブの交換			
真空ポンプの内部清掃			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ひらの歯科
院長 比良野 哲彦
〒760-0080 高松市木太町2063-6
TEL 087-812-6480
FAX 087-812-6481 印

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	鈴木