

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 ヤマシタデンタルクリニック 御中 製造番号 100215
住所 大阪府大阪市中央区南本町1-3-17
点検日 2018年 12月 26日
点検時間 ~ 点検者 桐野

- 扉開閉ラインの交換
- エッジガードの追加
- 樹脂エルボの交換
- 最新プログラムへの書き換え
- 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- 防水シートの追加
- 凝縮エア抜きパネルの交換
- U字金具によるシリコンシートの固定
- 漏洩センサー両面テープの交換
- 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

ヤマシタデンタルクリニック

院長 山下 幸 樹

〒541-0054 大阪市中央区南本町1-3-17

TEL:06-6267-0418 FAX:06-6267-0419

2019年 / 月 // 日

ご署名



本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528