

点検・修理報告書

管理 No. 20190108

発行日: 2019 年 1 月 24 日

機種/型式	ウォッシャーディスフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 11 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	てらさか歯科医院	様	TEL:
所在地	愛媛県大洲市長浜甲 405-3		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2015 年 2 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14070116	運転回数: 1305 回	運転回数リセット: ☒ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	--------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

乾燥ファンからの異音

排水不良

原因

乾燥ファンの経年劣化

排水ポンプの能力低下

処置、作業内容

乾燥ファン交換

排水ポンプの交換

特記事項

定期点検実施

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒799-3401 愛媛県大洲市長浜甲405番 ③

てらさか歯科医院

院長 寺坂 弘司

ご署名

TEL 59-3511 FAX 59-3512

印

修理業者

株式会社IHアグリテック


岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



寺坂