

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 03月 12日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 3 月 6 日 作業時間： 6 Hr
顧客名	よしみファミリー歯科 様
所在地	大阪市都島区友渕町2-12-21 高倉グリーンマンション109
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 5 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100317	運転回数： 568	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー 1 機器内漏水			
原因			
乾燥ライン 継手破損による水漏れ			
処置、作業内容			
継手を交換致しました			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田 193.12	桐野