

点検・修理報告書

管理 No. 20190657
発行日: 2019 年 6 月 12 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 6 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	すがしま歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県西宮市浜松原町21-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2016 年 4 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100098	運転回数: 1730 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

洗浄後にドアが開かないことがある

原因

再現 ナシ

処置、作業内容

中段ラック ジョイントゴム 交換

特記事項

定期メンテナンスのお知らせ表示が出ています。
定期メンテナンスをお願いします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

テ02-0923 兵庫県西宮市浜松原町21-1
すがしま歯科
TEL(FAX):0798-38-8739
ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	小山