

点検・修理報告書

管理 No. 20191014
発行日: 2019 年 7 月 30 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 7 月 30 日		作業時間: Hr
顧客名	うえだ歯科クリニック	様	TEL:
所在地	大阪府箕面市栗生間谷西1-1-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 1 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100052	運転回数: 859 / 1906 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
タッチパネルの反応が悪い			
原因			
処置、作業内容			
タッチパネルの調整 取付け位置			
特記事項			

交換部品名称		部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
おすぎ 1 120 秒 おすぎ 2 120 秒 加湿 500 秒 洗剤 60 秒 お客様ご確認署名欄		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計 002-0023 箕面市栗生間谷西1-1-6 TEL(072)734-7777 FAX(072)734-7778 医療法人 UDC うえだ歯科クリニック 理事長 植田 憲太郎 ご署名		

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者 作業者



小山