

点検・修理報告書

管理 No. 20191078

発行日: 2019 年 9 月 19 日

機種/型式	クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2019 年 9 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	いずい歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	大阪府大阪市生野区巽東3-1-15		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 7 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100344	運転回数: 905 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー25 圧力センサー故障			
原因			
圧力センサーの故障			
処置、作業内容			
圧力センサーの交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 泉井 秀介



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



三宅