

点検・修理報告書

管理 No. 20191015

発行日: 2019年 8月 8日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019年 8月 8日		作業時間: Hr
顧客名	はびねす歯科 石橋駅前クリニック	様	TEL:
所在地	大阪府池田市石橋1-13-1-2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014年 8月 6日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14060075	運転回数: 727 / 4,081 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
循環水圧低下			
原因			
圧力センサーの誤故障			
処置、作業内容			
圧力センサーの交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 8月 8日

ご署名 はびねす 歯科



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

小山