

D) 作業報告書

依頼者	JCHO金沢病院		様	ご承認印
住所	石川県			印
TEL		至名	歯科	
機種名	オートクレーブ		メーカー	モリタ
型式	BC-17	(号機)	製番	13100063
完了	継続	有料	無料	運送回数

ご依頼内容・現象
扉開閉出来ない
(ご依頼者 様)

原因
扉ロック機構部変化の為

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし
 扉ソフト部-式交換、調整
 試運転動作チェック OK
 各部清掃

お客様への伝言

作業日 2019年08月23日

保守形態	1 保守契約	2 性能整備	3 点検点検	4 点検点検	5 点検	9 対策 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器	3 区分	特 非 野 管
作 業 区 分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
75	扉ソフト部-式	1		48500

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)	
2	技術料	3 日 × 名 × 8000 円	24000
3	派遣料	20K X 1.6 名 × 100 円	6400
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6			

サービスセンター
 金沢 JCHO
 TEL
 実施者 木下 川村

責任技術者 検印 入力 納品書
 木下 長川 久保 小林
 19.8.28 原

取扱業者 (請求先)

1HI 97747.17

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理 No 808542
 ②作業日 20190823
 ③Uコード 0762322200
 ④⑤機種コード 11-71
 ⑥製造 No 13100063
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 50-006-1
 ⑨実施 SC 61
 ⑩技術者 20
 ⑪同行・応援 28
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	
部 品 代	48500
⑭ B	
技術料等	33400
⑮	
⑯	
税別合計金額	81900
⑰ B	
消費 税	6552

ご請求金額 ￥ 88452

納 品 書 No 4516