

点検・修理報告書

管理 No. 20196865

発行日: 2019年 10月16日

機種/型式	ウォッシャーディスインエクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 10 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	深井矯正歯科クリニック	様	TEL:
所在地	大阪府枚方市町楠葉1-4-8 シャルム橋内ビル5F		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2017 年 8 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100244	運転回数: 624 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー1 漏洩検出			
原因			
乾燥ラインエルボの割れ			
処置、作業内容			
乾燥ラインエルボ交換			
循環ライン継手交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 11 月 5 日

〒573-1106 大阪府枚方市町楠葉1-4-8-3F

医療法人 深井矯正歯科クリニック 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

深井 統久
TEL:072-864-6435

専任技術者 深井 統久 19/10/16 田	作業者 川 本
---------------------------------	------------