

点検・修理報告書

管理 No. 19179
発行日：2020 年 2 月 13 日

機種/型式	WD-150				
作業年月日	2020 年 1 月 21 日			作業時間：	8 Hr
顧客名	はぴねす歯科石橋駅前クリニック 様			TEL：	
所在地	大阪府池田市石橋1-13-12F			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2014 年 8 月 6 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号：	14060075	運転回数：	4606回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー19 洗浄槽満水エラーが発生した。					
原因					
・給水エルボから水漏れがありました。					
処置、作業内容					
・給水エルボと排水ポンプを交換しました。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水エルボ		1		
2	排水ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. <u>無償</u>	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			はぴねす歯科		
			石橋駅前クリニック 月		
			www.happiness-dc.jp		
			〒563-0032 大阪府池田市石橋1-13-12F		
			TEL: 072-762-4618 FAX: 072-762-4619		
			ご署名		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

石橋駅前クリニック
www.happiness-dc.jp

〒563-0032 大阪府池田市石橋1-13-12F
TEL: 072-762-4618 FAX: 072-762-4619

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

