

D 作業報告書

お得意様	水島 南科クリニック 様		ご承認印
住所	大阪府		〒
TEL	072-646-8440	署名	
機種名	エプソン P-771	メーカー	
型式	WD-150	製番	14080147
完了	継続	有料	無料
		運搬高敷	

ご依頼内容・現象

水出し

(ご依頼者

様)

原因

ドアパッキン劣化のため

処置

☒部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認☐点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

水出し完了

装置底部水出し無

お客様への伝言

作業日 20 20 年 3 月 23 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守期間	2 ストップ	3 CM	医療機器	区分	特 非
作業区分	00 製品取替	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T0020110	ドアパッキン	1		2060
T0020120	ドアパッキン	1		790

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料	1 日 × 1 名 × 8000 円	8000
3	派遣料	名 × 100 円 × 5/5m	500
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6	代		300

サービス	大阪	実施者	黒田
TEL			

責任技術者	検印	人力	納品書

取扱業者 (請求先)

(株) IHI アリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理 No.	822036
②作業日	20 20 3 23
③Uコード	0726468440
④⑤機種コード	11 - 72
⑥製造 No.	14080147
⑦保守・サービス形態	2 - 2 - 50
⑧故障コード	60 - 501 - 1
⑨実施SC	644
⑩技術者	47
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	1 - 2 - 1 - 2

料金内訳

⑬ A	部品代	1840
⑭ B	技術料等	11800
⑮		
⑯		
⑰	税別合計金額	13640
⑱	消費税	1364

ご請求金額 ¥	15000
納品書 No.	