

B 作業報告書

右側欄 カサブラニカデ・ワルクリニック 様	ご承認印 (印)
住所 大阪狭山市	
TEL 072-367-4182	署名
機種名 WD-150	メーカー JH2アソシエーツ
型式 WD-150 (号機)	製番 13090016
完了	継続
有料	無料
運送回数	

ご依頼内容・現象

洗剤不足表示が出る。

(洗剤は有る)

(ご依頼者

様)

原因

洗剤チューブASSY配線接触不良

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

洗剤チューブASSY交換

お客様への伝言

作業日 20 19 年 12 月 13 日

保守状態	1 保守契約	2 性能整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 X-UP	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	H × 名 × 円	
3	派遣料	名 × 円	
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サ ー ビ ス セ ン タ ー	大阪	実施者 黒田
TEL		

取扱業者 (請求先)

管理No. 818378

(支店名)

左記作業をおこないましたので、ご
検取下さい。

(ご担当者)

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒367-0013 長野県千曲市小島3171-6
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC つくばSC 仙台SC
秋田SC 松本SC 千曲SC 静岡SC
新潟SC 金沢SC 高松SC 名古屋SC
富山SC 北国東SC 富山SC 岐阜SC
新潟SC 新潟SC 新潟SC 新潟SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒366-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒367-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

⑮

⑯

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品書No.

B 実施者 → 取扱業者