

点検・修理報告書

管理 No. 20200303
発行日: 2020 年 3 月 19 日

機種/型式	ウォッシャーディスインエクター WD-150		
作業年月日	2020 年 3 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	てらさか歯科医院	様	TEL:
所在地	愛媛県大洲市長浜甲405-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 2 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070116	運転回数: 575 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
仕上剤 不足 の 警告表示			
原因			
仕上剤 チューブ の 接触不良			
処置、作業内容			
仕上剤 チューブ の 交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒79-3401 愛媛県大洲市長浜甲405番3
てらさか歯科医院
院長 寺坂 弘 司

ご署名 印
TEL: 09-3511-3511 FAX: 09-3511-3512

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	小 山