

## 明細書

2020年5月7日

株式会社モリタ 本社営業部  
的場 様株式会社 IHIアグリテック  
環境プロジェクト部サービスグループ  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

件 名:スリッパ殺菌ディスペンサー出張修理

明細金額 ¥17,000

御支払条件 : 貴社慣行払い  
納入場所 : 大阪市城東区今福西1-3-3 橋本ビル2F  
もりもと歯科 様

| 課長                        | 審査                        | 作成                          |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 環境PJ営業<br>'20/05/07<br>若井 | 環境PJ営業<br>'20/05/07<br>若井 | 環境PJサービス<br>'20/05/07<br>富田 |

| No | 品名         | 摘要     | 個数  | 単位 | 単価    | 金額      |
|----|------------|--------|-----|----|-------|---------|
| 1  | UVランプ:15W  |        | 1   | 本  | 1,820 | 1,820   |
|    | グローランプ:15W |        | 1   | 本  | 90    | 90      |
|    | UVランプ:6W   |        | 1   | 本  | 1,230 | 1,230   |
|    | グローランプ:6W  |        | 1   | 本  | 90    | 90      |
|    |            |        |     |    | ①小計   | ¥3,230  |
| 2  | 工賃         |        |     |    |       |         |
|    | 部品交換工賃     |        | 1.0 | H  | 8,000 | 8,000   |
|    |            |        |     |    |       |         |
|    |            |        |     |    |       |         |
|    |            |        |     |    |       |         |
|    |            |        |     |    | ②小計   | ¥8,000  |
| 3  | 出張費(交通費含む) |        |     |    |       |         |
|    | 日当・交通費     | 往復の距離数 | 42  | km | 120   | 5,040   |
|    | 高速料金・駐車料金  |        | 1   | 式  | 1,420 | 1,420   |
|    |            |        |     |    |       |         |
|    |            |        |     |    | ③小計   | ¥6,460  |
|    |            |        |     |    | ①②③計  | ¥17,690 |
| 4  | 値引き        |        |     |    |       | ▲ 690   |
|    |            |        |     |    | 合計    | ¥17,000 |

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

## 修理費用 修理内容確認欄

月 日

ご署名

TEL

印

D 作業報告書

|     |              |      |      |
|-----|--------------|------|------|
| 依頼者 | モリビル         | 様    | ご承認印 |
| 住所  | 大阪中城東区       |      |      |
| TEL | 06-6935-4618 | 番    |      |
| 機種名 | スリム型液晶テレビ    | 型    |      |
| 型式  | SSD-X-Y      | (号機) |      |
| 完了  | 継続           | 有難   | 無料   |
|     |              | 運搬   | 回数   |

ご依頼内容・現象  
右側のUVラジオ6Wが点灯しない。

(ご依頼者 様)

原因  
右側、6Wのラジオが点灯しない。  
中央、15Wのラジオが点灯。

処置  
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)  
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃  
☐ クリスマスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認  
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)  
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

ラジオ 15W 交換  
ラジオ 6W 交換  
ラジオ 24W 交換

お客様への伝言

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5

作業日 2020年4月27日

|        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 保守形態   | 1. 保守契約  | 2. 点検整備  | 3. 点検整備  | 4. 点検整備  | 5. 点検整備  | 6. 点検整備  | 7. 点検整備  | 8. 点検整備  | 9. 点検整備  |
| サービス形態 | 1. 保守契約  | 2. 点検整備  | 3. 点検整備  | 4. 点検整備  | 5. 点検整備  | 6. 点検整備  | 7. 点検整備  | 8. 点検整備  | 9. 点検整備  |
| 作業区分   | 00. 製品検査 | 10. 点検整備 | 20. 点検整備 | 30. 点検整備 | 40. 点検整備 | 50. 点検整備 | 60. 点検整備 | 70. 点検整備 | 80. 点検整備 |
| PR     | 70. 故障説明 | 72. 故障説明 | 73. 故障説明 | 74. 故障説明 | 75. 故障説明 | 76. 故障説明 | 77. 故障説明 | 78. 故障説明 | 79. 故障説明 |

受付 月 日 時 分  
到着時間 月 日 時 分  
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

|  |    |     |   |  |  |
|--|----|-----|---|--|--|
|  | 親機 | 15W | 1 |  |  |
|  | 子機 | 15W | 1 |  |  |
|  | 親機 | 6W  | 1 |  |  |
|  | 子機 | 6W  | 1 |  |  |
|  |    |     |   |  |  |
|  |    |     |   |  |  |
|  |    |     |   |  |  |
|  |    |     |   |  |  |
|  |    |     |   |  |  |
|  |    |     |   |  |  |

|   |             |          |          |
|---|-------------|----------|----------|
| 1 | 基本・据付・点検・性能 | (見積書No.) |          |
| 2 | 技術料         | 11x      |          |
| 3 | 派遣料         | 名x       | 円 100x42 |
| 4 | 宿泊費         | 泊x       | 名x       |
| 5 | 諸経費         |          |          |
| 6 |             | 高速代、配達代  | 1820     |

|       |    |     |    |
|-------|----|-----|----|
| サニタリー | 大阪 | 実施者 | 玉井 |
| TBL   |    |     |    |

|       |    |    |     |
|-------|----|----|-----|
| 責任技術者 | 捺印 | 入力 | 納品書 |
|       |    |    |     |

|            |             |
|------------|-------------|
| 取扱業者 (請負元) |             |
| (支店名)      | (株)エムシーサービス |
| (ご担当者)     | 富田 裕        |
| (注文No.)    |             |

|      |             |
|------|-------------|
| 特記事項 | (株)エムシーサービス |
|------|-------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| ①管理No.     | 822157      |
| ②作業日       | 2020.04.27  |
| ③Uコード      | 0669354618  |
| ④⑤機種コード    | 11-08       |
| ⑥製造No.     |             |
| ⑦保守・サービス形態 | 9-2-50      |
| ⑧故障コード     | 3.6-3.1.4-1 |
| ⑨実施SC      | 6.4         |
| ⑩技術者       | 7.1         |
| ⑪同行・応援     |             |
| ⑫原因・処理     | 1-9-1-2     |

|         |
|---------|
| 料 金 内 訳 |
|---------|

|         |  |
|---------|--|
| ⑬A 部品代  |  |
| ⑬B 技術料等 |  |
| ⑬C      |  |

|           |  |
|-----------|--|
| ⑬D 税別合計金額 |  |
| 消費税       |  |

|         |  |
|---------|--|
| ⑬E 請求金額 |  |
| 納品書No.  |  |

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。 D 実施者→経理→請求

## 点検・出張修理依頼書 兼 発注書

|          |              |
|----------|--------------|
| 発信元:     | 株式会社モリタ      |
| 拠点:      | 本社営業部        |
| 担当者:     | 的場           |
| TEL(携帯): | 06-6368-6100 |
| FAX:     | 06-6380-2214 |

依頼日 2020/4/22

☒ 出張修理依頼☐ 保守点検(契約有り)☐ スポット点検(契約無し)☐ その他

送り先: 株式会社HIEIYU

御中

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

担当者:

|    |                   |                                 |                                  |                                |                                    |                                   |                                                   |
|----|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 機種 | ウオッシャー・デイスインジェクター | <input type="checkbox"/> WD-150 | <input type="checkbox"/> オートクレーン | <input type="checkbox"/> BC-17 | <input type="checkbox"/> IC Washer | <input type="checkbox"/> IC Clave | スリッパ殺菌デイスペンサー <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|

ご担当者

もりもと歯科 様

ご住所

大阪市城東区今福西1-3-3 橋本ビル2F

TEL

06-6935-4618

製品名: 上記記載いただいておりますが、念のため再度機種の確認をお願いします。

シリアルNo.

スリッパ殺菌デイスペンサー

販売店

加藤歯科商店 様

納入日

年 月 日

訪問希望日時 年 月 日 時 ~ 保証期間 ( 内 )

保守契約種類

故障状況(できるだけ詳細に)

詳しい内容は、直接、サービスの方にご説明されとのこと

備考

なるべく早くきたいとのこと。