

点検・修理報告書

管理 No. 20204578

発行日: 2020/10/13

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2020 年 10 月 7 日		作業時間: Hr
顧客名	深井矯正歯科 様	TEL:	
所在地	大阪府枚方市楠葉1-4-8	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2017 年 8 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100244	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ドアロックが掛からない			
原因			
ドアロック機構の位置ずれ			
処置、作業内容			
ドアロック機構を正規の位置に戻し固定しました。			
特記事項			
保守点検後の不具合なので無償対応になります。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2020年573年106 大阪府枚方市楠葉1-4-8-3F

医療法人 深井矯正歯科クリニック

TEL: 072-864-6435

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	署名
品証 '20/10/13 菊池	環サG '20/10/13 富田	環サG '20/10/13 川本