

点検・修理報告書

管理 No. 20210158
発行日: 2021/3/8

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2021 年 3 月 8 日		作業時間: Hr
顧客名	ハピネス歯科石橋駅前クリニック	様	TEL:
所在地	大阪府池田市石橋1-13-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060075	運転回数: 835 / 5304 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
排水が できない			
原因			
排水ホースのゴミ詰まり			
処置、作業内容			
排水ホース内のゴミ除去			
特記事項			
排水フィルターの交換をお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

医師 石橋 幸子
はびねす歯科石橋駅前クリニック 日
〒563-0032
大阪府池田市石橋1-13-1 2F
ご電話 072-762-4618 FAX 072-762-4619 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		小 山