

点検・修理報告書

管理 No. 20210158
発行日: 2021/3/30

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2021 年 3 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	関西医科大学総合医療センター	様	TEL:
所在地	大阪府守口市文園町10-15		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 9 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100480	運転回数: 362 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 2 洗浄槽満水

原因

排水ホースの空回り

処置、作業内容

排水ホースに水が逆流するように調整しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 早田 節子 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		小山