

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

お客様用


管理No.	4011	作業日/納入日	2021/08/18(水)	ご依頼日/受付	2021/08/17(火)
お客様	日本銀行大阪支店 様			ご依頼者	様
住所	大阪府大阪市北区中之島2-1-45			室名	歯科診療室
TEL	06-6206-7711			保守契約	なし
実施センター	大阪SC	TEL	072-625-6659	作業者	黒田達也
同行		同行		同行	
メーカー	IHI物流産業システム	型式	BC-17		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	修理	製造番号	13100051	運転回数	1447 回
完了・継続	☒ 完了 継続	有料・無料	☒ 有料 無料		

ご依頼内容・現象	ドアハンドルの故障。		原因	ドアハンドル固定部の破損。	
	エラーNo・コード				
処置	☒ 部品交換	☐ 各部増締	ドアハンドル交換。		
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ			
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認			
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)				
	☐ 試運転	☐ 異常なし			

交換部品	部品コード	交換部品	数量	備考
	T00102440	ドアハンドル	1.00	

お客様への伝言	
---------	--

信頼され選ばれる医療機器
サービスプラットフォーム



エムシーサービス全国ネットワーク

各種医療機器・滅菌装置・洗浄機・福祉機器の各種メンテナンス

本日は、上記作業をおこないましたので、ご査収下さい。

なお、ご不明な点がございましたら、
左上欄の管理No.にてお問合せ下さい。

後日、納品書・請求書をご送付申し上げます。

作業者	お客様サイン
黒田	岡田

札幌SC	TEL 011-811-1522	松本SC	TEL 0263-78-5758
仙台SC	TEL 022-232-0050	静岡SC	TEL 054-398-3010
郡山SC	TEL 024-939-7636	名古屋SC	TEL 0587-66-1677
北関東SC	TEL 028-611-1727	岐阜SC	TEL 0575-38-4400
群馬SC	TEL 0270-89-0050	京都SC	TEL 075-632-8000
神奈川SC	TEL 046-401-1800	大阪SC	TEL 072-625-6659
つくばSC	TEL 029-864-5009	神戸SC	TEL 078-945-6712
埼玉SC	TEL 049-222-0177	福岡SC	TEL 078-304-5171
首都圏C	TEL 049-249-6572	岡山SC	TEL 086-738-0030
千葉SC	TEL 043-206-0660	北九州SC	TEL 093-284-5500
新潟SC	TEL 025-275-8347	福岡SC	TEL 092-710-6801
金沢SC	TEL 076-223-4456	鹿児島SC	TEL 099-298-5761
長野SC	TEL 026-273-0720	滅菌センター	TEL 0268-27-2230

本社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074