

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	4365	作業日/納入日	2021/09/17(金)	ご依頼日/受付	
お得意様	地域医療機構金沢病院			様	ご依頼者
住所	石川県金沢市巾着町ハ15			室名	歯科外来
TEL	076-252-2200			保守契約	
実施センター	金沢SC	TEL	076-223-4456	作業者	木下典之
同行		同行		同行	
メーカー	IHI 物流産業システム	型式	BC-17-		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	修理	製造番号	131113	運転回数	回
完了・継続	☒ 完了 継続	有料・無料	☒ 有料 無料		
請求先	株式会社 IHI 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	廣瀬	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	扉開閉できない	原因	扉取手劣化破損
	エラーNo・コード		

処置	☒ 部品交換	☒ 各部増締	ドアハンドル交換調整 ドアパッキン清掃交換 給水タンク清掃キャップ交換 各部清掃動作漏れ確認OK 試運転動作確認OK
	☒ 各部清掃	☒ グリスアップ	
	☒ 動作確認	☒ 設定・PG確認	
	点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☒ 異常なし	

部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
T00102440	ドアハンドル	1.00	1,300	1,300		
T00102600	給水タンクキャップ組	1.00	6,200	6,200		
T00100460	ドアパッキン	1.00	4,600	4,600		

作業費用	技術料	平日	4.0	X	1名	X	8,500 円 =	34,000 円	合計	部品合計	12,100 円	
	派遣料	名	X	100 円	X	20 km	X	2 回 =		4,000 円	作業合計	41,000 円
	宿泊費	泊	X	名	X	円 =	円					
	諸経費					3,000 円	円					
						円						
						円						
						円						
									税別合計金額	53,100 円		
									消費税(10%)	5,310 円		
									ご請求額	58,410 円		

お客様への伝言

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
木下	MCS 木下			

納品書No.

点検・修理報告書

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2021 年 8 月 31 日	作業時間	6 Hr
顧客名	JCHO金沢病院 様	TEL	076-252-2200
所在地	石川県金沢市沖町ハ15	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号	13100063	運転回数	
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
・ドアの開閉がしにくい				
・給水が入りにくい				
原因				
・ドアハンドルの破損				
・給水タンクのキャップが劣化し給水不良				
処置、作業内容				
・ドアハンドル交換 扉パッキン交換				
・給水タンクキャップ交換				
・各種点検・清掃・運転確認				
特記事項				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアハンドル		1		
2	給水タンクキャップ		1		
3	扉パッキン		1		
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 17 日

ご署名

田 知永



株式会社 IHI物流産業システム

修理業者

 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者

点検・出張修理依頼表

エムシーサービス株式会社
金沢サービスセンター 木下 様 川村 様

※ お世話になっております。

作業依頼書を送付いたします。不明点がありましたら、案件番号とともにお尋ねください。

以上、宜しくお願い致します。

送信日 2021年9月16日

送信枚数(本紙含む) 1 枚

依頼機種	・ウオッシャー・デイスインジェクター	☒ IC Washer	・クラスBオートクレーブ	☐ IC Clave	・スリッパ殺菌 デイスベンサー	☐
		☐ WD-150		☐ BC-17		
依頼内容	☒ 出張修理	☐ 定期保守点検	備考	ICWユーザー機の現地メンテナンス		

医院名	JCHO金沢病院 歯科		ご担当者
ご住所	富山県富山市藤木1271-6		TEL 076-252-2200
製品名	BC-17	シリアルNo.	13100063
販売店	(株)佐波 金沢本店河野様	納入日	2015/9/25

訪問希望日	2021年9月17日 (金) 9:00 ~
作業/故障内容	ドアの開閉がしにくい
原因	※報告書参照
持参部品	BC修理機 BC修理報告書
備考	※ 修理報告書は2部用意お願いします。お客様にご署名頂戴したら1部控えて渡し、残り1部はPDFファイル等はこちらへ送付お願い!

※ エムシーサービス作業日	担当
---------------	----

※印の枠内を記入し本書を添付の上、下記の弊社担当者宛てにメールをお送りください。

IH物流産業システム 2021年9月16日 廣瀬	※ 2021.9/17 エムシーサービス	IH物流産業システム	モリタ
株式会社IH物流産業システム 環境ソリューションBU サービスG 岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528 FAX:086-942-9030 担当: 廣瀬			