

点検・修理報告書

管理 No. 210300

発行日: 2021/9/3

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年9月2日			作業時間:	Hr
顧客名	うえだ歯科クリニック 様			TEL:	072-734-7777
所在地	大阪府箕面市粟生間谷西1-1-6			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2016 年 1 月 15 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100052	運転回数:	421/1936	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
タッチパネルが反応しない					
原因					
タッチパネルの故障（水の暴露、圧力過多）					
処置、作業内容					
タッチパネルの交換					
特記事項 9/17 温水の給水設定を11Lにしています。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 9 月 17 日 理事長 植田憲太郎		

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/09/03 菊池	サービスG '21/09/03 小山	サービスG '21/09/03 佐藤