

点検・修理報告書

管理 No. 210445
発行日：2021 年 9 月 27 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 8 月 31 日		作業時間： Hr
顧客名	まとは歯科 様		TEL： 06-6336-6480
所在地	大阪府豊中市庄内東町1-7-13		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 6 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100057	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラーなし 扉下部より水漏れあり		
原因		
・内蓋の緩みによるものと想定されます。		
処置、作業内容		
・内蓋の調整		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 30 日

ご署名

飯場 伴典



修理業者
株式会社 IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
21/09/21	21/09/02	21/09/01