

点検・修理報告書

管理 No. 210631
発行日：2021 年 10 月 29 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 10 月 26 日		作業時間：Hr
顧客名	はびねす歯科石橋駅前クリニック	様	TEL：072-762-4618
所在地	大阪府池田市石橋1-13-1 2F	ご担当	様
販売店	尾崎齒材(株)	ご担当	様
納入年月日	2014 年 8 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14060075	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー19 洗浄槽内満水		
※ 規定時間内に排水が完了せず、次の工程の給水が始まったため洗浄槽満水の不具合となりました		
原因		
・排水ポンプに異物が混入し動作不良の状態		
・排水フィルター破損		
処置、作業内容		
・排水ポンプ分解修理		
・排水フィルター交換		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水フィルター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

はびねす歯科石橋駅前クリニック
〒563-0032 大阪府池田市石橋1-13-1 2F
TEL 072-762-4618 FAX 072-762-4619
ご署名 印

修理業者 株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '21/10/29	富田 '21/10/27	安田 '21/10/26