

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2021年11月30日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2021/11/30 作業時間: 1.5 Hr
顧客名	松木歯科医院 様 TEL:
所在地	高知県高知市愛宕町4-13-4 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100/43	運転回数: 1383 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー、循環水圧低下		
原因		
循環水圧を感知する圧力センサーの故障		
処置、作業内容		
圧力センサーの交換、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1(有償) 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

23 年 11 月 30日

ご署名



修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者