

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日: 2021年10月22日

IC Clave			
作業年月日	2021年10月18日		作業時間: 8 Hr
顧客名	すがしま歯科 様	TEL:	
所在地	兵庫県西宮市浜松原町21-1 1F	ご担当 様	
販売店		ご担当 山崎 様	
納入年月日	2016 年 4 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100098	運転回数: 5146回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。		
原因		
・蒸気用安全弁がリークしておりました。これにより、蒸気発生器が空焚き状態となり温度が上昇し、エラー 1 1 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気用安全弁を交換しました。		
特記事項		
・サーモスタット、蒸気ヒーターが劣化しておりましたので、交換しました。		
・蒸気温度センサー、制御基板、缶内用安全弁も交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気安全弁		1		
2	缶内安全弁		1		
3	サーモスタット		1		
4	蒸気ヒーター		1		
5	蒸気温度センサー		1		
6	制御基板		1		
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 4 日

菅島正行 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎