

点検・修理報告書

管理 No. 210999
発行日: 2021年12月3日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2021/12/2 作業時間: Hr
顧客名	あさくら歯科 様 TEL: 072-756-8028
所在地	兵庫県川西市火打1-16-6オアシスタウンキセラ川西2F ご担当 様
販売店	共栄ディ・エス ご担当 小川 様
納入年月日	2019 年 7 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100285	運転回数: 470/1515 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー7 循環水圧低下		
原因		
循環ポンプの故障		
処置、作業内容		
循環ポンプの交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和3年 12 月 6 日

ご署名 朝倉 淳 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/12/03	'21/12/03	'21/12/03