

点検・修理報告書

管理 No. 211003

発行日: 2022年1月27日

IC Glave	
作業年月日	2022年1月25日 作業時間: 8 Hr
顧客名	田中歯科医院 様 TEL: 06-6423-5771
所在地	兵庫県尼崎市塚口町4-12-9 ご担当 様
販売店	伊藤歯科器材 様 伊藤 様
納入年月日	2017 年 4 月 3 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100219	運転回数: 5533回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・真空弁が故障しておりました。そのために、吸引時に缶内を吸引できず、圧力が低下しないために、エラー12が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・真空弁を交換しました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップしました。		
・回水弁を交換しました。		
・給水フィルターを交換しました。		
・缶内フィルターのOリングを交換しました。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 真空弁		1		
2 回水弁		1		
3 給水フィルター		1		
4 Oリング		2		
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 2 月 2 日

ご署名 田中紅寛 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
'22/01/27	'22/01/27	'22/01/27