

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	浅見胃腸科外科医院		機種	ONW-10
所在地	〒 昭島市東町5-4-11 TEL 042-544-5300		機番	127
販売店	担当 TEL		納品日	
			依頼日	
修理者	渡辺	作業時間	作業日	

修理依頼・苦情内容

水ポンプ劣化による異音発生。
常時ではないが、かなり大きな時もあるとのこと

不具合原因（故障箇所）と処置内容

水ポンプ 交換X3

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ	3	

H23年2月14日

ご署名

浅見 健太郎