

修理報告書兼工事完了証明書

株式会社 I H I シンボウラ
環境事業部
03-5312-9666

お客様	北條胃腸科外科			機種	ONW-10
所在地	〒 川口市川口 6-9-48 TEL 048-256-7731			機番	1258
販売店	担当 TEL			納品日	
				依頼日	
修理者		作業時間		作業日	2011.5.11
修理依頼・苦情内容					
エラーH（排水異常）					
不具合原因（故障箇所）と処置内容					
排水口（-122）にゴミが詰ま りましており 水量が足りなかったため エラーH発生 取り除き後 正常 運転を確認					
交換部品					
部品番号	部品名称			数量	備考
年 月 日 ご署名 北條胃腸科外科 院長 北條 一 字 〒332-0015 埼玉県川口市川口6-9-48 TEL 048-256-7731					