

注文書

www.shinei.org

平成 23 年 10 月 4 日

株式会社 IHIシバウラ 御中

中澤様



安全と省力化で医療福祉社会を願う

新鋭工業株式会社

〒113-0033

東京都文京区本郷3-12-5

tel. 03-3816-0444

Fax. 03-3816-0406

担当: 土屋 範光

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、下記部品を発注させていただきますので、手配の程宜しく御願い致します。

敬具

記

■ONW 吸着筒・吸湿筒 一セット

(中澤様 TEL 済み分。無償対応分。定期メンテナンス契約ユーザーの千葉県山武市 吉田クリニック様です。)

H21年2月にPSA交換実施しております。

→ H22年 から 約1.5年で 90%以下に 落ちた。

以上宜しく御願い致します。

色シケタ 変色不良で 発覚

機器: 000713

2008年12月 1台目KIT 発送 → 2009年2月12 作業
 2010年 1月 2台目KIT : → 2010年2月15 :
 2011年 2月 1台目KIT : → 2011年2月28 作業

岡井 殿

上記品で無償にて
 発送願います。



☆ 顧客管理システム 作業日入力ミス

誤 2009/2/15

正 2010/2/15