

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	石川外科医院			機種	DNW-10
所在地	〒321-0983 栃木県宇都宮市御幸町 4732-22 TEL 028-661-2565			機番	000300
販売店				納品日	2003.5.21
				依頼日	
作業者	西野	作業時間	0.5h	作業日	2013.9.6

修理依頼・苦情内容

前面パネル ライト点灯しない。

不具合原因(故障箇所)と処理内容

前面ランプ及びグローランプの劣化
 の交換により復帰。

営業対応により 部品・作業費等含め
 ￥5,110-(税別)のご請求。(今回限り)

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762330560	ランプ	1	
762320550	グロー-	1	

年 月 日

ご署名 石川洋一郎

印