

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	吉田 医院			機種	ONW-10
所在地	〒321-0973 今都市岩瀬町 917-1 TEL 028-613-3313			機番	001176
販売店	コスロ株式会社			納品日	2006.11.13
				依頼日	2013.10.30
作業者	西野	作業時間	0.5h	作業日	2013.11.1

修理依頼・苦情内容

定期メンテナンス。正面パネルライトの4つ交換。

不具合原因(故障箇所)と処理内容

蛍光灯及びグローランプ寿命

上記部品の交換により復帰。

※ 定期点検後 不具合に 対応 無償対応。

※ 既に不通のグローランプ。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762320550	MD- 6W	1	
762330560	ランプ LUMP	1	

年 月 日

吉田 修 郎

署名

印