

メーカー用



株式会社HAWA

環境事業部 環境サービス部GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区田代町3-170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030



クラスB オートクレーブ BC-17 設置報告書

お客様	名称	王子本町 歯科クリニック	製造番号	14080151	ご確認	
	住所	東京都北区王子本町 1-9-14	納入検査実施日	2015年3月11日		
	納入場所	同上	納入検査実施者	(株)ムトウテックス 板谷 満昌		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	OK	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	OK	フック検出ユニット作動確認		OK	ディスプレイの色あせ・表示確認
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	電源スイッチの作動状態
	OK	蓋板のキズ・汚れ		OK	USBソケットの反応・汚れ
缶体	OK	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	OK	行程表示LEDの点灯
	OK	滅菌温度センサの汚れ		OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	OK	網カゴ、破損汚れ		OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	OK	給水タンクの損傷・漏れ	制御	OK	キズ・汚れ
	OK	下部給水弁の漏れ		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	蓋・取っ手の損傷・割れ		OK	運転プログラムの確認
	OK	フロートスイッチの作動状態・汚れ		OK	入力・出力確認
排水タンク	OK	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	OK	B&Dテスト実施
	OK	フロートスイッチの作動状態・汚れ		OK	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	OK	付属品の確認
				OK	運転説明
				OK	装置内運転時異音

備考			BMS-Test	STEAM
	設置料金	¥20000-		
	精製水	¥360-		
	合計	¥20360-		