

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用

株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境安全技術課GL

〒704-8122 岡山県岡山市京区基元1丁目17番6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

お客様	名称	住友商事診療所 様	製造番号	14080135	ご確認	
	住所	東京都中央区晴海1-8-11晴海リノスエアY棟26F	納入検査実施日	2015年6月26日		
	納入場所	滅菌機械室	納入検査・金銭・実務等	梅田ツテリス 板谷		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ		✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

IHIシバウラ様への御請求額			
WD 設置費用一式			¥35,000
派遣料・出張費 100円/km	1人目 (往復15km)		¥1,500
"			
交通費(上野御徒町⇄勝どき)地下鉄代			¥432
合 計			¥36,932