

お客様用



株式会社IHIシパウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区岡本170番6

TEL086-944-5528

FAX086-942-9030

クラスB オートクレープ BC-17 設置報告書

お客様	名称	麻布十番ザタワーデントル 様	製造番号	14090187	ご確認 録用 シ/子
	住所	東京都港区三田1丁目7-1 パークコート麻布十番ザタワー1F	納入検査実施日	2015年6月5日(金)	
	納入場所		納入検査実施者	(株)ムサテックス 板谷、三ノ谷	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
				✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考			
IHIシパウラ様への御請求額			
オート 設置費用一式			¥20,000
派遣料・出張費 100円/km			
交通費(湯島⇄麻布十番)地下鉄代			
精製水代 (500mL×3本) 2296-SEISEISUI			¥360
合 計			¥20,360