

メーカー用



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区田太寺新地170番6

TEL086-942-8528

FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

お客様	名称	永福町ファミリー歯科クリニック	製造番号	13100064	ご確認	
	住所	東京都杉並区永福4-8-2	納入検査実施日	2015年9月29日		
	納入場所		納入検査実施者	(株)ムウテクス 板谷		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	網カゴ、破壊汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
				✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考	

IHシバウラ様への御請求額			
【9月24日作業分】			
オート 設置費用一式			¥20,000
派遣料・出張費 100円/km	(往復32km)		¥3,200
交通費(御茶ノ水⇄永福町)JR・私鉄代			¥638
精製水代 (500mL×3本)			¥400
【9月29日追加作業分(電源工事後)】			
追加技術料	1時間分		¥7,500
追加派遣料・出張費 100円/km	(往復32km)		¥3,200
交通費(御茶ノ水⇄永福町)JR・私鉄代			¥638
合 計			¥35,576