

修理完了報告書



安全と省力化で医療福祉社会を創る

新鋭工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-12-5

TEL. 03-3816-0444

お客様	東松山メディカルクリニック 様			機種	ONW-10
所在地	埼玉県東松山市箭弓町2-2-18 0493-21-7611			機番	112
販売店	ニスコ株式会社			納品日	2005年7月7日
				依頼日	2013年 7月 26日
作業者	山本謙介	作業時間	2.5h	作業日	2013年 7月 29日
修理依頼・苦情内容					
水漏れがする。					
不具合原因(故障箇所)と処理内容					
原因：水位レベルセンサ-の経年劣化による誤検知 処理内容：水位レベルセンサ- (LVH1, LVH2, LVL) の交換を実施 試運転 3回。水漏れなし。 その他、装置内部 経年劣化がみられました。 特に、排水用水ポンプの劣化が目立ち少し異常がしていました。 今後、故障が起る可能性があるので、交換 後はオーバーホールを推奨します。					
交換推奨部品					
部品番号	部品名称			数量	備考
	水位レベルセンサ- (LVH1, LVH2)			2	
	水位レベルセンサ- (LVL)			1	

2015年 7 月 29 日

※本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

同嶋

印

御 見 積 書(ONW修理劣化部品交換)

東松山メディカルクリニック 御中

平成25年7月26日

新鋭工業株式会社

本社:埼玉県上尾市平方領領家308-2

東京支店・札幌支店・仙台支店・新潟支店
大阪支店・広島支店・山陰支店・岡山支店

東京支店:東京都文京区本郷3-12-5
tel (03)3816-0444 fax (03)3816-0406

ご担当			
に依るご照会につき、下記の通りお見積もりいたしました。 何卒、ご用命の程お願い申し上げます。			
納入期日	修理完了後、打ち合わせ		
納入場所	東松山メディカルクリニック 様		
荷造費及び運賃	弊社負担		
御支払方法	ニスコ株式会社よりご請求となります。	担当支店	東京支店
見積有効期間	1ヶ月間		

		担当者	山本 謙介
--	--	-----	-------

商品コード	品 名	数 量	単価(税抜)	金 額(税抜)	摘要
-------	-----	-----	--------	---------	----

件名:内視鏡洗浄器修理+(他劣化部品の交換)の修理金額

010409999	水位レベルセンサー(LVH1、LVH2)	2	5,000	10,000	
010409999	水位レベルセンサー(LVL)	1	5,000	5,000	
010409999	技術料(取付作業・機器調整・運転確認・清掃)	1	18,000	18,000	
010409999	出向料	1	21,600	21,600	

合計金額

54,600

備考

納品書兼請求明細書

〒331-0814 TEL 048-663-3531 FAX 048-663-3539

埼玉県さいたま市北区東大成町
1-511

ニスコ株式会社 埼玉（営）

勝本様

御得意先コード 41130-501



最適な提案で医療福祉社会に貢献

新鋭工業株式会社

本社 埼玉県上尾市平方領領家308 2 〒362-0015 TEL 048-724-1765 FAX 048-725-7550

サイン

東京支店 東京都文京区本郷3-12-5 〒113-0033 大阪支店 大阪府中央区今橋1-6-1 〒541-0042
TEL 03-4816-0444 FAX 03-3816-0400 TEL 06-5228-3311 FAX 06-5228-3321
札幌支店 札幌市東区北七条東4丁目25-3 〒060-0907 仙台支店 仙台市若林区大和町4-5-12 〒984-0042
TEL 011-741-7752 FAX 011-753-2703 TEL 022-782-4661 FAX 022-782-4662
新潟支店 新潟市中央区関屋田町1-1 〒951-8136 長野支店 長野県松本市高富東5番13号 〒390-0835
TEL 025-333-0592 FAX 025-333-0573 TEL 0263-24-2840 FAX 0263-27-3152
金沢支店 金沢市西 都 1-143-1 〒920-8202 山崎支店 鳥取県米子市若生温泉2-20-27 〒683-3001
TEL 076-264-3832 FAX 076-268-8532 TEL 0859-34-5675 FAX 0859-34-5708
岡山支店 岡山市北区中島田町1-7-8 〒700-0992 広島支店 広島市西区寿年4-10-36 〒733-0822
TEL 086-235-0323 FAX 086-235-0324 TEL 082-275-0740 FAX 082-275-0760

御届け先					(9)	〈御買上伝票〉
〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町2-2-18 東松山メディカルクリニック 様					発行 2013/07/29 No 2-3736717-0	
商品コード	商品名	シリアルNo.	数量	単価	金額	貴社注文番号/備考
000819999	水位レベルセンサー (LVH1、LVH2)		2	4,500	9,000	①定¥5,000 (税抜)
000819999	水位レベルセンサー (LVL)		1	4,500	4,500	①定¥5,000 (税抜)
000819999	技術料 (取付作業・機器調整 等)		1	16,200	16,200	①定¥18,000 (税抜)
000819903	出向料		1	19,440	19,440	①定¥21,600 (税抜)
弊社発送部署 東京支店					伝票合計 49,140	ページ 1 / 1