

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 140924

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店	殿	機種	ONW-10
客先	所在地	千葉県佐倉市井野 1552		機番	000545
環営	ユーザー名	古谷内科	様	納入日	平成 17 年 12 月 28 日
	点検者	小野定之	作業時間	受付日	平成 26 年 8 月 18 日
			Hr		
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 26 年 9 月 24 日

修理依頼・苦情内容

- ・オーバーホールならび買換えご提案中（定期メンテユーザー様）
- ・内視鏡洗浄機洗浄槽および配水ホース、排水チューブ等 内部清掃依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

御買換え前提にて、今回未修理にて返却をご希望

作業内容；内視鏡洗浄機内部および外部清掃
性能確認を実施しました。

無償

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。（部品交換は行っていません）
- オゾン水濃度測定：0.38～0.55 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：91.9 % 酸素流量：0.81 L/min 圧力：0.098～0.169 MPa（AC100V, 50 Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認
若 '14/09/26 井
審査
若 '14/09/26 井
作成
小 '14/09/26 野

部品番号	部品名称	個数	備考